



## PRILOG I: Spisak zaposlenog osoblja i opsega aktivnosti verifikacije

### 1. SPISAK ZAPOSLENOG OSOBLJA

|    | Ime i prezime             | Radno mjesto                                             | Stručna sprema |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Edis Šarić                | Tehnički rukovodilac/<br>Mjeritelj                       | VSS            |
| 2. | <del>Amar Salihović</del> | <del>Zamjenik tehničkog rukovodioca/<br/>Mjeritelj</del> | <del>SSS</del> |
| 3. | <del>Edin Baluković</del> | <del>Mjeritelj</del>                                     | <del>VSS</del> |
| 4. | <del>Janko Peranić</del>  | <del>Rukovodilac sistema kvaliteta</del>                 | <del>VSS</del> |
| 5. | Edisa Zoletić             | Zamjenica rukovodioca sistema za kvalitet                | VSS            |

#### IZMJENE:

- Amar Salihović od 31.12.2024. godine nije uposlenik laboratorije za verifikaciju mjerila. Zamjenik tehničkog rukovodioca laboratorije od 10.12.2024. do 10.09.2025 je bio Edin Baluković.
- Od 30.04.2025. godine Janko Peranić nije uposlenik laboratorije. Rukovodilac sistema kvaliteta od 01.05.2025. godine je Edisa Zoletić, a zamjenik rukovodioca za kvalitet je Edis Šarić.
- Od 10.09.2025. Edin Baluković nije uposlenik laboratorije D.o.o. VAGE BH Tuzla.
- Od 10.09.2025. Hajrudin Čekrić se vodi kao mjeritelj u laboratoriji D.o.o. VAGE BH. Tuzla.

### 2. SPECIFICIRANI OPSEG RADA LABORATORIJE

|    | Predmet verifikacije                 | Mjerni opseg                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Vage s neautomatskim funkcioniranjem | Klase točnosti:<br>• (I) do 2 kg<br>• (II) do 40 kg<br>• (III) i (IIII) do 100 t uz upotrebu zamjenskog tereta*<br>*za vage preko 90 t uz uslov ponovljivosti $\leq 0,3e$ |
| 2. | Vage za građevinske svrhe            | Klase točnosti:<br>• 1,2,3 do 10 t                                                                                                                                        |

**Napomena:** Tehnički rukovodilac laboratorije je dužan da o svakoj promjeni zaposlenog osoblja kao i etalonske i druge mjerne opreme u pisanoj formi obavijesti Odsjek za imenovanje laboratorija, nadzor i verifikaciju, Instituta za mjeriteljstvo BiH